

2024 年重庆市第一次外周血胎儿染色体非整倍体高通量检测
室间质评活动小结

2024 年度共有 15 家实验室报名参加外周血胎儿染色体非整倍体高通量检测室间质评活动，本次有 14 家参评实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1. 第一次外周血胎儿染色体非整倍体高通量检测室间质评靶值情况

项目	样本编号	预期结果
21 号染色体非整倍体	202421	N
	202422	P
	202423	N
18 号染色体非整倍体	202421	N
	202422	N
	202423	N
13 号染色体非整倍体	202421	P
	202422	N
	202423	N

注：N 表示阴性，P 表示阳性。

附表 2. 第一次外周血胎儿染色体非整倍体高通量检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202421	14	14	0	100.00	0
202422	14	14	0	100.00	0
202423	14	14	0	100.00	0

附表 3. 试剂使用情况

试剂编号	202421		202422		202423		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	14	0	14	0	14	0	14
华大生物	8	0	8	0	8	0	8
杭州贝瑞	2	0	2	0	2	0	2
博奥生物	1	0	1	0	1	0	1
安诺优达	3	0	3	0	3	0	3