

2024年重庆市第二次EB病毒（EB-DNA）核酸检测 室间质评活动小结

2024年度共有28家实验室报名参加EB病毒（EB-DNA）核酸检测室间质评活动，本次有28家参评实验室回报结果。本次室间质评（能力验证）结果同时回报了定量定性结果，统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表1.第二次EB病毒（EB-DNA）核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202421	202422	202423	202424	202425
EB-DNA	预期结果	阳性 (+)	阴性 (-)	阳性 (+)	阴性 (-)	阳性 (+)

附表2.第二次EB病毒(EB-DNA)核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
202421	28	28	0	100	0
202422	28	28	0	100	0
202423	28	28	0	100	0
202424	28	28	0	100	0
202425	28	28	0	100	0

附表3.第二次EB病毒(EB-DNA)核酸检测室间质评试剂使用情况

试剂编号	202421		202422		202423		202424		202425		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	28
达安基因	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
湖南圣湘	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20

上海之江	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
其他	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1