

2024 年重庆市第二次 B 族链球菌（GBS-DNA）核酸检测
室间质评活动小结

2024 年度共有 37 家实验室报名参加 B 族链球菌（GBS-DNA）核酸测室间质评活动，本次有 37 家参评实验室回报结果，有 0 家参评实验室未回报结果。本次室间质评（能力验证）结果统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第二次 B 族链球菌（GBS-DNA）核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202421	202422	202423	202424	202425
GBS-DNA	预期结果	阳性 (+)	阳性 (+)	阴性 (-)	阴性 (-)	阳性 (+)

附表 2. 第二次 B 族链球菌（GBS-DNA）核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
202421	37	37	0	100	0
202422	37	37	0	100	0
202423	37	37	0	100	0
202424	37	37	0	100	0
202425	37	37	0	100	0

附表 3. 第二次 B 族链球菌（GBS-DNA）核酸检测室间质评试剂使用情况

试剂编号	202421		202422		202423		202424		202425		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37

达安基因	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
湖南圣湘	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
上海之江	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
潮州凯普	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
西安天隆	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
江苏硕世	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
泰普生物	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
博尔诚	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7
其他	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1